




# ENFERMAGEM

APRESENTAÇÃO

# BIBLIOGRAFIA



35. Ao elaborar o procedimento operacional padrão – POP, relativo ao **carregamento de equipamentos de esterilização por vapor saturado sob pressão**, o enfermeiro deve estabelecer que:

- A. Jarros, cálices e frascos devem ser dispostos em posição vertical na câmara interna do equipamento, encostados nas paredes, quando necessário para manter estável sua posição.
- B. Líquidos devem ser esterilizados apenas em ciclos compartilhados com materiais de densidade: pacotes de roupas, campos, entre outros.
- C. Produtos para saúde côncavo-convexos devem ser dispostos em posição vertical na câmara interna do equipamento.
- D. Produtos para saúde confeccionados em cerâmicas e motores blindados não podem ser esterilizados em equipamentos de esterilização por vapor saturado sob pressão.
- E. A câmara do equipamento deve ser preenchida, no máximo, até 90% de sua capacidade total.



**EXÉRCITO BRASILEIRO**  
ESCOLA DE FORMAÇÃO COMPLEMENTAR DO EXÉRCITO

**CONCURSO DE ADMISSÃO/2021**

PARA MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DO QUADRO  
**COMPLEMENTAR/2022** E  
NO CURSO DE FORMAÇÃO DE CAPELÃES MILITARES/2022

**005. PROVA OBJETIVA**

**CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DO QUADRO  
COMPLEMENTAR DE OFICIAIS**

ÁREA: ENFERMAGEM

VERSÃO A

1 - A	2 - D	3 - A	4 - D	5 - E	6 - C	7 - B	8 - B	9 - A	10 - E
11 - D	12 - B	13 - C	14 - D	15 - C	16 - E	17 - D	18 - A	19 - B	20 - B
21 - E	22 - C	23 - A	24 - B	25 - D	26 - D	27 - A	28 - N	29 - C	30 - A
31 - E	32 - B	33 - D	34 - A	35 - C	36 - E	37 - D	38 - B	39 - A	40 - C
41 - B	42 - D	43 - E	44 - D	45 - C	46 - A	47 - E	48 - B	49 - D	50 - E
51 - C	52 - B	53 - B	54 - D	55 - E	56 - A	57 - E	58 - C	59 - D	60 - B

26. Considere os diferentes **aspectos relacionados ao preparo de produtos para esterilização, armazenamento, distribuição e os cuidados após processamento de produtos para a saúde (PPS)**, e assinale a alternativa **CORRETA**.

- A. O rótulo de identificação da embalagem do material/ instrumental a ser esterilizado deve conter, no mínimo, o nome do produto, o método de esterilização e a data da esterilização.
- B. O uso de caixas metálicas sem furos é permitido para a esterilização de produtos para a saúde (PPS) quando, no transcorrer do processo, puderem ser mantidas com a tampa entreaberta.
- C. O transporte de produtos para a saúde (PPS) processados deve ser feito em recipientes fechados e em condições que garantam a manutenção da identificação e a integridade da embalagem.
- D. O uso de embalagem dupla de tecido não tecido/manta de polipropileno está contraindicado para embalar caixas cirúrgicas pesadas e materiais pontiagudos.
- E. Quando utilizada embalagem termossensível, descartável (Tyvek®), as anotações escritas que compõem o rótulo devem ser realizadas diretamente na face de papel.



**EXÉRCITO BRASILEIRO**  
ESCOLA DE SAÚDE E FORMAÇÃO COMPLEMENTAR DO EXÉRCITO

**CONCURSO DE ADMISSÃO/2022**

PARA MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DO QUADRO  
COMPLEMENTAR/2023 E  
NO CURSO DE FORMAÇÃO DE CAPELÃES MILITARES/2023

**11.09.2022**

## **006. PROVA OBJETIVA**

### **CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DO QUADRO COMPLEMENTAR**

ÁREA: ENFERMAGEM

VERSÃO A

1 - A	2 - E	3 - A	4 - D	5 - B	6 - E	7 - C	8 - A	9 - D	10 - B
11 - C	12 - A	13 - A	14 - D	15 - E	16 - C	17 - B	18 - A	19 - E	20 - B
21 - D	22 - N	23 - C	24 - E	25 - C	26 - C	27 - A	28 - D	29 - E	30 - B
31 - B	32 - A	33 - D	34 - E	35 - B	36 - D	37 - C	38 - E	39 - A	40 - B
41 - C	42 - B	43 - E	44 - D	45 - A	46 - E	47 - E	48 - C	49 - B	50 - D
51 - B	52 - A	53 - D	54 - E	55 - C	56 - E	57 - B	58 - C	59 - A	60 - B

Para responder às questões de números **31 e 32**, considere as **recomendações apresentadas nas Diretrizes de Práticas em Enfermagem Cirúrgica e Processamento de Produtos para a Saúde (SOBREC, 2017)**.

**31. No que diz respeito ao processamento de endoscópios gastrointestinais flexíveis, é correto afirmar que:**

- A. Após desinfecção por método químico, a parte externa e os canais endoscópicos gastrointestinais devem ser enxaguados abundantemente com soro fisiológico 0,9%.
- B. Após inspeção, devem ser submetidos à, no mínimo, desinfecção de nível médio.
- C. Devem ser armazenados com todas as partes removíveis conectadas.
- D. A pré-limpeza do equipamento deve ser realizada imediatamente após a endoscopia.
- E. Durante o processamento dos endoscópios, o profissional deve usar, obrigatoriamente, gorro, avental, óculos de proteção e luvas de procedimento, apenas.



**EXÉRCITO BRASILEIRO**  
ESCOLA DE SAÚDE E FORMAÇÃO COMPLEMENTAR DO EXÉRCITO

**CONCURSO DE ADMISSÃO/2023**

PARA MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DO QUADRO  
COMPLEMENTAR/2024  
E NO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DO QUADRO DE CAPELÃES MILITARES/2024

**03.09.2023**

## **006. PROVA OBJETIVA**

### **CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DO QUADRO COMPLEMENTAR**

ÁREA: ENFERMAGEM

VERSÃO A

1 - A	2 - C	3 - D	4 - B	5 - E	6 - A	7 - E	8 - D	9 - E	10 - C
11 - C	12 - B	13 - A	14 - E	15 - A	16 - D	17 - B	18 - C	19 - C	20 - A
21 - D	22 - E	23 - B	24 - D	25 - C	26 - A	27 - A	28 - E	29 - E	30 - B
31 - D	32 - C	33 - A	34 - E	35 - A	36 - D	37 - B	38 - E	39 - C	40 - A
41 - D	42 - C	43 - E	44 - B	45 - D	46 - C	47 - A	48 - B	49 - E	50 - C
51 - A	52 - E	53 - D	54 - A	55 - C	56 - B	57 - A	58 - E	59 - D	60 - C

# OBRIGADO!

---



TELEFONE

61 3340-0433

EMAIL

[contato@cursocidade.com.br](mailto:contato@cursocidade.com.br)